

	CATEGORIES DE MATERIEL		
	non critique	semi-critique	critique
Définition	en contact avec la peau saine, souillée ou non de liquide biologique	en contact avec une muqueuse intacte	pénétrant un tissu stérile ou le système vasculaire
Matériel	garrot pinces de Kocher plateau brassard à tension stéthoscope manche de laryngoscope...	masque facial ballon canule de Mayo* lame de laryngoscope sonde d'intubation* masque laryngé* pince de Magill mandrin ouvre-bouche...	cathéter veineux et artériel cathéter péri-dural aiguille pour péri-durale canule de trachéotomie...
Usage	propre	désinfecté/stérile	stérile
Caractéristiques	décontamination/nettoyage (tolérance au détergent ou détergent-désinfectant)	décontamination/nettoyage (tolérance au détergent ou détergent-désinfectant) + désinfection par immersion ou autoclavable	USAGE UNIQUE