

**Tableau I - Classification des principaux dispositifs médicaux utilisés en anesthésie et en réanimation et pratiques recommandées de traitement**

Ces recommandations pourront être modifiées par d'éventuelles décisions prises par l'AFSSAPS dans le cadre de son évaluation des dispositifs médicaux réutilisés lors d'actes à risques

Dispositifs médicaux	Classement		Pratiques recommandées
	Risque ATC	Risque ATNC	
<b>Abord vasculaire</b>			
cathéters veineux et artériels (périphériques et centraux)	Critique	Oui	UU stérile
tubulures et robinets	Critique	Oui	UU stérile
<b>Contrôle des voies aériennes</b>			
manche de laryngoscope	Non critique		Nettoyage désinfection de surface (ou protection UU)
canule de Guedel ou Mayo	Semi-critique		UU
pince de Magill	Semi-critique		Stérilisation 134°C/18 min
masque facial	Semi-critique		UU ou Stérilisation 134°C/18 min
masque à oxygénothérapie haute concentration	Semi-critique		UU
réchauffeur humidificateur	Semi-critique		UU ou Stérilisation 134°C/18 min
filtre échangeur de chaleur et d'humidité	Semi-critique		UU
raccords de ventilation	Semi-critique		UU
tuyaux annelés	Semi-critique		UU
circuits externes du respirateur	Semi-critique		UU ou Stérilisation 134°C/18 min
(y compris pièce en Y et pièges à eau)			
sonde nasale d'oxygénothérapie	Semi-critique		UU
sondes d'aspiration trachéobronchique	Semi-critique		UU stérile
lame de laryngoscope	Semi-critique	Oui	UU ou Stérilisation 134°C/18 min
mandrin d'intubation	Semi-critique	Oui	UU ou Stérilisation 134°C/18 min
sondes d'intubation simples, armées et sélectives	Semi-critique	Oui	UU stérile
masque laryngé	Semi-critique	Oui	UU ou Stérilisation 134°C/18 min
canule de trachéotomie	Critique		UU stérile
matériel de trachéotomie	Critique		Stérilisation 134°C/18 min
matériel de cricothyroïdectomie	Critique		UU stérile
matériel de trachéotomie percutanée	Critique		UU stérile
fibroscope bronchique	Semi-critique	Oui	Double nettoyage + procédure du groupe 2
<b>Anesthésie loco-régionale</b>			
aiguille à rachianesthésie	Critique	Oui	UU stérile
aiguille à anesthésie péridurale	Critique	Oui	UU stérile
aiguille à anesthésie périnerveuse	Critique	Oui	UU stérile
cathéters pour anesthésie locorégionale	Critique	Oui	UU stérile
<b>Dialyse</b>			
conventionnelle	Critique		UU stérile
hémodiafiltration	Critique		UU stérile
péritonéale	Critique		UU stérile
<b>Drainage urinaire</b>			
sonde urinaire	Critique		UU stérile
cathéter sus-pubien	Critique		UU stérile
<b>Drainage digestif</b>			
sonde d'aspiration digestive	Semi-critique	Oui	UU stérile
sonde d'alimentation entérale	Semi-critique	Oui	UU stérile
sonde pour tamponnement de varices oesophagiennes	Semi-critique	Oui	UU stérile
<b>Drainage thoracique</b>			
drain thoracique	Critique		UU stérile
introduit	Critique		UU stérile
bocal et tuyau	Critique		UU stérile